

需求說明書

一、採購案名：客製化測試水槽強化塑膠板暨組裝採購案

二、預算金額：新臺幣 10 萬 5,000 元整（含稅）

三、採購目的

本中心為建置建置符合太陽光電模組 IEC 60529 標準之防水等級 IPX8 測試能量，擬採購客製化測試水槽，以利測試案件進行。

四、需求說明

（一）設備需求及規格（表 1）：

品名	數量	設備規格
太陽光電模組 IPX8 測試客製化水槽	1 個	1. 材質：玻璃纖維強化塑膠(FRP) 2. 內徑尺寸：2500(長) X 1400(寬) X 1400(高) mm 以上 3. 水槽本體需要含有上蓋 4. 水槽裝設 2 個 1 英吋以上排水孔 5. 水槽裝設 1 個 1 英吋以上溢水孔 6. IPX8 測試客製化水槽運送及安裝

五、履約期限

■自決標日起 30 個日曆天內完成。

六、交付期程及交付項目表（以下簡稱表 2）

交付期限 (電子檔得於交付末日 24 時前繳交)	交付項目
決標日起 30 個日曆天	1. 完成本案四、需求規格說明(一)所列項目。 2. 客製化水槽之保固書（紙本或電子檔 1 式）。

七、履約地點

■本中心高雄本部（高雄市路竹區路科一路 3 號）。

八、驗收

（一）依「四、需求說明」中相關需求內容進行交貨。

（二）依本中心驗收規定辦理。

需求說明書

九、付款條件

■一次付清：廠商於完成表 2 所有履約交付項目，並經本中心驗收合格，且無待解決事項後，本中心一次付清決標價金總額。

十、保固及維護需求

■自驗收合格之日起，得標廠商須提供硬體設備 1 年保固服務。

十一、採購方式

■最低報價採購。

十二、聯絡方式

(一) 需求單位：王先生

電子信箱: takowang@ttc.org.tw/連絡電話：07-627-7120

(二) 採購單位：廖先生

電子信箱: ChiYu.Liao@ttc.org.tw/連絡電話：07-627-7028